



DEUTSCHES
AKKREDITIERUNGSSYSTEM
PRÜFWESSEN GMBH
DAP-PL-3720.99

DAP



DAP-PL-3720.99

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvsp.lt

Puslapis I - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 7057 (MA 16897 - MA 16902)

20 10 m. spalio 26 d.

1. Užsakovas, adresas: V. Kriovės įmonė UAB "Burbuliukas", J. Zikaro g.1-2, Panevėžys

Telefonas: 8 45448329 Faksas: 8 45448329 Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-88/ST-PS-1-8

2. Mėginių pristatymo į Priimamąjį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2010-10-19, 9.30 val., +16

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

1. Kontrolinis mėginys, sterilus stiklinis butelis, 100 ml

2. Kontrolinis mėginys, sterilus stiklinis butelis, 100 ml

3. Kontrolinis mėginys, sterilus stiklinis butelis, 100 ml

4. Rūgštinis vanduo po 0,5 val kontakto, sterilus stiklinis butelis, 300 ml

5. Rūgštinis vanduo po 0,5 val kontakto, sterilus stiklinis butelis, 300 ml

6. Rūgštinis vanduo po 0,5 val kontakto, sterilus stiklinis butelis, 300 ml

3.2. Mėginių atrinkimo J. Zikaro g.1-2, Panevėžys
vieta

(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: V. Kriovė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2010-10-19, 9.00 val., +16 °C, atrinkimo dok. nr.: 7057

3.5. Mėginius pristatė V. Kriovė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2010-10-19

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Kontrolinis mėginys

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 16897</u>	<u>LST EN ISO 9308-1:2001</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100ml skaičius</u>	<u>59</u>

Mėginio pavadinimas Kontrolinis mėginys

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 16898</u>	<u>LST EN ISO 16266:2008</u>	<u>Pseudomonas aeruginosa skaičius 100ml</u>	<u>67</u>

Mėginio pavadinimas **Kontrolinis mėginys**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 16899	(MS)-SVP 5.4-2.16	<i>Staphylococcus aureus</i> skaičius 1ml	69

Mėginio pavadinimas **Rūgštinis vanduo po 0,5 val kontakto**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 16900	LST EN ISO 9308-1:2001	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius 100ml	0
	LST EN ISO 16266:2008	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> skaičius 100ml	0
	(MS)-SVP 5.4-2.16	<i>Staphylococcus aureus</i> skaičius 100ml	0

Mėginio pavadinimas **Rūgštinis vanduo po 0,5 val kontakto**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 16901	LST EN ISO 9308-1:2001	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius 100ml	0
	LST EN ISO 16266:2008	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> skaičius 100ml	0
	(MS)-SVP 5.4-2.16	<i>Staphylococcus aureus</i> skaičius 100ml	0

Mėginio pavadinimas **Rūgštinis vanduo po 0,5 val kontakto**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 16902	LST EN ISO 9308-1:2001	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius 100ml	0
	LST EN ISO 16266:2008	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> skaičius 100ml	0
	(MS)-SVP 5.4-2.16	<i>Staphylococcus aureus</i> skaičius 100ml	0

Papildomi duomenys,
pastabos:**nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data:

2010-10-22

Tyrimus atliko gydytoja mikrobiologė Aldona Cilcienė

Aplinkos tyrimų poskyrio
vedėja

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas:

Jadvyga Jurkšaitienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - ištirta neakredituotu metodu.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

